Nebulizador

Modelo NEBTREM

110 V / 220 V
BIVOLT

Leia este Manual de Instruções antes de utilizar
o seu Nebulizador G-TECH modelo NEBTREM.

MANUAL

INTRODUÇÃO

O Nebulizador G-TECH NEBTREM é indicado para o tratamento das afecções respiratórias das vias aéreas inferiores (brônquios, pulmões), junto com as soluções de nebulização de uso comum.

AVISOS IMPORTANTES

• Não exponha o Nebulizador G-TECH à: temperaturas extremas, umidade, poeira ou luz direta;

• Não o deixe cair e evite vibrações fortes;

• Para evitar infecções e contágios os acessórios não devem ser compartilhados por diferentes indivíduos;

• Não encha a câmara de nebulização acima de 10 ml;

• Não deixe a câmara de nebulização com solução se não estiver utilizando o nebulizador G-TECH;

• Não desconecte a câmara de nebulização com o aparelho em uso;

• Desconecte o nebulizador G-TECH da tomada sempre que ele não estiver em uso;

• Somente utilize o nebulizador G-TECH sobre superfícies estáveis;

• Utilize o nebulizador G-TECH de forma intermitente, ou seja, após 30 minutos descontinue o uso por 30 minutos e caso necessite volte a utilizá-lo por no máximo mais 30 minutos;

• Nunca lave, molhe ou submerja o nebulizador em água ou em outro líquido qualquer. Para limpá-lo siga exatamente as instruções do item MANUTENÇÃO E LIMPEZA deste manual;

• Não o utilize com as mãos molhadas, sob o risco de danos ao nebulizador e ao usuário;

• Crianças não devem utilizar o nebulizador G-TECH sem a supervisão de um adulto;

• Não utilize medicamentos que não sejam prescritos por um médico e sob nenhuma circunstância altere as dosagens de medicamentos por conta própria!

• Siga exatamente as instruções de uso contidas neste manual e não utilize o Nebulizador G-TECH de qualquer forma não descrita neste manual (tais como utilizar acessórios não fornecidos pelo fabricante, inserir objetos ou abri-lo) sob risco de acidentes e da perda da garantia.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



INSTRUÇÕES DE USO

Verifique se todos os componentes do nebulizador estão na caixa.

Montagem

(A): Abra a câmara de nebulização.

(B): Coloque a quantidade indicada na bula do medicamento tendo atenção para não ultrapassar o volume máximo da câmara de 10 ml.

(C): Feche a câmara de nebulização.

(D): Pegue o tubo de ar e conecte uma extremidade na parte inferior da câmara de nebulização e a outra na saída de ar do nebulizador.

(E): Conecte na parte superior da câmara de nebulização a máscara de nebulização ou o acessório bucal. Lembrando-se que as máscaras que acompanham o nebulizador são fornecidas em dois tamanhos: infantil e adulto.



1 - Após a montagem do nebulizador G-TECH, conecte-o em uma tomada. Para evitar danos ao nebulizador, verifique se o mesmo está ajustado para a tensão da tomada.

2 - A nebulização terá inicio, assim que o botão Liga/Desliga for pressionado.

3 - Desligue o nebulizador ao término da nebulização pressionando novamente o Botão Liga/ Desliga e desconecte o plugue da tomada.

4 - Limpe os acessórios conforme descrito no item "Manutenção e Limpeza" e somente depois guarde o nebulizador e seus acessórios na caixa.

TROCA DO FILTRO DE AR

O filtro de ar deve ser trocado caso esteja sujo ou corroído. Para tal basta seguir as instruções abaixo:

1 - Remova a tampa do filtro.

2 - Retire o filtro com auxílio de um objeto com ponta e o substitua por um novo.

Observação: O uso de filtro sujo ou de outro material em seu lugar, como por exemplo, o algodão pode danificar o compressor.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Antes de utilizar o nebulizador pela primeira vez ou após o seu uso limpe os acessórios (com exceção dos tubos) com detergente neutro e enxágue com água morna para retirar resíduos do mesmo. Depois mergulhe os acessórios em uma solução germicida/ desinfetante (pelo tempo que as instruções determinarem) ou numa solução contendo 3 partes de água morna e uma parte de vinagre branco por 30 minutos. Após este tempo, com as mãos limpas, retire os acessórios da solução, enxágue com água morna e deixe secar ao ar livre sobre folhas de papel absorvente limpas. Limpe as partes externas com um pano seco. Os acessórios não devem ser fervidos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Método de nebulização: compressor de pistão com lubrificação a seco
Tensão: 110 V ou 220 V – 60Hz
Classe: II
Consumo: 70W
Capacidade máxima da câmara de nebulização: 10 ml
Nível de ruído: 60 dB
Diâmetro da partícula: inferior a 5 mícrons
Fluxo de nebulização: 0,33 ml/ min.
Fluxo de ar: 6 - 8,5 L/min.
Pressão máxima: 2,3 Kg/cm2
Peso: 1,7 Kg
Dimensões: 240 x 140 x 124 mm
Temperatura e umidade de operação: 5°C a 40°C; 30% a 95%
Temperatura e umidade de armazenamento: -10°C a 40°C; 10% a 95%
Faixa de pressão atmosférica para transporte e armazenamento: 500 – 1060 mb

ACESSÓRIOS

Acessório	Descrição
	Câmara de nebulização
	Tubo de ar
	Máscara de uso infantil
	Máscara de uso adulto
	Acessório bucal
	Filtro de ar

ALTERAÇÕES NO FUNCIONAMENTO

Se algum imprevisto ocorrer durante o funcionamento do Nebulizador G-TECH, por favor, verifique a provável causa no quadro abaixo e a respectiva sugestão do que fazer:

Problema	Provável Causa	O que Fazer
O nebulizador não funciona.	O plugue não está bem conectado à tomada.	Reinsira o plugue na tomada (verificando a voltagem de ambos).
	Falta de energia elétrica.	Verifique se há energia elétrica na tomada.
Não há saída de solução pela câmara de nebulização ou o fluxo de saída está muito fraco.	Falta solução na câmara de nebulização.	Inserir solução (no máximo 10 ml).
	Excesso de solução.	Retire o volume excedente.
	O tubo de ar está mal conectado ou desconectado.	Verifique se o tubo está bem conectado ou conecte-o.
	Câmara de nebulização está obstruída ou corroída	Troque-a por uma nova.
	Filtro de ar obstruído (entupido).	Troque-o por um novo.

Observação: caso nenhum destas soluções dê resultados, não tente reparar por si mesmo o nebulizador, pois ao abri-lo perderá a cobertura da Garantia. Encaminhe o Nebulizador G-TECH a um Posto Autorizado de Assistência Técnica.

TERMO DE GARANTIA

O Nebulizador G-TECH modelo NEBTREM tem garantia de dois anos a contar da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia somente será válida mediante a apresentação do cupom fiscal com data de compra, nome referência do produto e identificação do revendedor.

A garantia de dois anos não se aplica às partes sensíveis ao desgaste de uso normal, que possuem garantia de 90 dias. Os prazos são contados a partir da data de compra.
A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de uso, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do aparelho invalidará esta garantia; não existem componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário.

A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir o aparelho defeituoso por outro novo, caso julgue necessário, sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante, após análise técnica. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não o prorrogam.

Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de uso será cobrado separadamente, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia.

Importado Por:
ACCUMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.
Rodovia Washington Luiz, 4370 - Galpão L - Vila São Sebastião
Duque de Caxias – RJ • CEP: 25055-009
CNPJ: 06.105.362/0001-23
Suporte: 0800 052 1600 • Comercial: 21 2126 1600
E-mail: sac@accumed.com.br
Resp. Técnico: Marcos Jordão CRQ3ªReg:03212320
Registro ANVISA nº: 80275310019

Fabricado por:
SAN UP S.A.
Ruta 8 nº 2967, San Martín, Pcia. de Buenos Aires, Argentina
Rev. 02_040811